

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**  
**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**



**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "ВЗОР".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 603003, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, помещение 2. ОГРН: 1025203565166. Телефон: +7(831) 229-62-98. Адрес электронной почты: market@vzor.nnov.ru,

**в лице** директора Киселева Евгения Валентиновича

**заявляет, что** Анализатор растворенного кислорода МАРК-303 в исполнениях МАРК-303Т, МАРК-303Э, МАРК-303М **изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "ВЗОР".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 603003, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, помещение 2.

**продукция изготовлена в соответствии с** ТУ 26.51.53-029-39232169-2018 Анализатор растворенного кислорода МАРК-303. Технические условия.

код ТН ВЭД ЕАЭС 9027 80 170 0

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № 02ЭМС/2018 от 27.07.2018. Испытательный центр "Нижегородиспытания"

ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21АЮ49.

схема декларирования соответствия 3д.

**Дополнительная информация**

Применяемые стандарты: ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний"; ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 "Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования".

Условия хранения - 1 по ГОСТ 15150-69 в упаковке предприятия-изготовителя. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления. Срок службы - не менее 10 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации**

**по 01.08.2023 включительно**



(подпись)

М.П. Киселев Евгений Валентинович

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:**

**ЕАЭС № RU Д-РУ.АГ78.В.00024/18**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 02.08.2018**