



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.31.011.A № 71308

Срок действия до 20 сентября 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Анализаторы растворенного кислорода МАРК-302

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
Общество с ограниченной ответственностью "ВЗОР" (ООО "ВЗОР"),  
г. Нижний Новгород

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 24997-18

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
ВР29.00.000РЭ (приложении А)

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год - для анализаторов исполнений  
МАРК-302Т и МАРК-302Э; 2 года - для анализаторов исполнения МАРК-302М

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии от 20 сентября 2018 г. № 2009

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

А.В.Кулешов



" 02 " ..... 2018 г.

Серия СИ

№ 032529