



## КАРТА ЗАКАЗА кондуктометра МАРК-603

### Описание прибора:

[https://www.orbitalspb.ru/analiticheskie\\_pribori/konduktometri/mark-603](https://www.orbitalspb.ru/analiticheskie_pribori/konduktometri/mark-603)

<p>Параметры пробы _____</p> <p>Наименование пробы: _____</p> <p>Особые примечания о составе: _____</p>	<p>Организация: _____</p> <p>Контактное лицо _____</p> <p>Тел.: _____</p> <p>Эл.почта: _____</p>
---	--

Комплектация _____		Наименование	Тех. документация	Заказ
<b>Датчик проводимости</b>	<i>диапазон УЭП: 0-2000 мкСм/см; точность <math>\pm(0,003+0,015*\text{æ})</math></i>	ДП-015	ВР41.02.000	<input type="checkbox"/>
	<i>диапазон УЭП: 0-20000 мкСм/см; точность <math>\pm(0,05+0,015*\text{æ})</math></i>	ДП-15	ВР41.03.000	<input type="checkbox"/>
<b>Несущая панель</b>		НП603	ВР41.08.100	<input type="checkbox"/>
<b>Ионно-обменная колонка</b>		ИОК603	ВР41.08.200	<input type="checkbox"/>
<b>Источник питания от сети 220В</b>		ИЭС4-050150		<input type="checkbox"/>
<b>Аккумуляторы типа АА</b>	<i>(если требуются, укажите кол-во, кратное 2шт)</i>			

Количество приборов в данной комплектации: \_\_\_\_\_